ИНСТРУКЦИЯ

по применению полосок индикаторных полимерных **«Дезиконт-Септодор-Форте»** для экспресс-контроля концентраций дезинфицирующего средства **«Септодор-Форте»** в рабочих растворах, одноразовых

154.031.00 ИП

1. Назначение

Полоски индикаторные «Дезиконт-Септодор-Форте» экспресс-контроля концентраций рабочих растворов дезинфицирующего средства «Септодор-Форте» (далее – индикаторные полоски), выпускаемые в соответствии с ТУ 9398-010-11764404-2004, предназначены для визуального контроля приготовления и правильности хранения растворов с концентрацией 0,05; 0,1; 0,2; 0,4; 0,5; 0,7% по препарату.

В комплект поставки входят: индикаторные полоски; инструкция по применению; банка (пенал); элемент сравнения (может быть нанесен на банку(пенал)); контрольные этикетки; упаковочная коробка.

Индикаторные полоски предназначены для персонала лечебно-профилактических учреждений, работников дезинфекционной и санитарно-эпидемиологической служб, а также других учреждений, имеющих право заниматься дезинфекционной деятельностью.

Рабочие растворы готовят из концентрата в соответствии с Методическими указаниями по применению для дезинфекции средств «Септодор-Форте».

2.Применение


В мензурку или стакан наливают 100 мл хорошо перемешанного (избегать вспенивания) рабочего раствора дезинфицирующего средства комнатной температуры. Из банки достают индикаторную полоску и погружают её примерно на 1 с в раствор так, чтобы были смочены все индикаторные зоны. Полоску извлекают из раствора и быстро удаляют избыток жидкости, проводя ребром полоски о край стакана. Полоску кладут на белую фильтровальную бумагу, бумажную или марлевую салфетку индикаторной зоной вверх и выдерживают 1 минуту (по секундомеру или часам с секундной стрелкой). Затем в течение 30 секунд сопоставляют цвета трех зон полоски с цветовой шкалой элемента сравнения.

Полученный результат записывают в прилагаемую этикетку, затем этикетку вклеивают в журнал генеральных уборок или наклеивают на емкость с дезинфицирующим средством.

Примечания:

1. Необходимо соблюдать указанное время выдержки индикаторных полосок в растворе и на фильтровальной бумаге.
2. Сопоставление цвета индикаторной полоски с цветовой шкалой элемента сравнения следует проводить в условиях нормальной освещенности рабочего места при естественном (рассеянном солнечном свете) или искусственном освещении. Появление на индикаторных полосках ореолов, не изображенных на элементе сравнения, считать несущественным.
3. Раствор, использованный для анализа, нельзя применять для дезинфекции.
4. Определение концентрации рабочего раствора осуществляют в трех повторностях. Результат определения считается достоверным, если он оказался одинаковым не менее чем в двух повторностях.
   При необходимости повторения анализа, используют свежую порцию раствора.
   В случае получения неоднозначных результатов определение концентрации четвертичных аммониевых соединений необходимо провести методом титрования.

Схема проведения экспресс-контроля



Быстро погрузить полоску в рабочий раствор

Ребром полоски снять избыток раствора

Положить полоску, на фильтровальную бумагу индикаторными зонами вверх и выдержать 1 минуту

В течение не более 30 секунд определить концентрацию раствора по цветовой шкале элемента сравнения

Записать результаты определения в этикетку и приклеить ее в журнал генеральных уборок или на емкость с дезинфицирующим средством

Внимание:

- пары аммиака и его растворов (нашатырный спирт) могут оказать влияние на результаты определения, поэтому не применяйте и не храните индикаторные полоски в помещениях, в которых используются аммиак и аммиачные растворы;
- не используйте индикаторные полоски "Дезиконт-СФ" для определения концентрации растворов других дезинфицирующих средств;
- не удаляйте избыток раствора с полосок фильтровальной бумагой;
- не подвергайте элемент сравнения воздействию прямого солнечного света и дезинфицирующих средств;
- используйте прилагаемый элемент сравнения ***только*** для данной упаковки индикаторных полосок;
- извлекайте из пенала только необходимое для определения количество индикаторных полосок, пенал не держите открытым;
- полоски следует использовать в течение 3-х месяцев после первого вскрытия банки.

3. Требования безопасности

Индикаторные полоски не выделяют в окружающую среду токсичных веществ, и не оказывают вредного влияния на организм человека при непосредственном контакте. При работе с индикаторными полосками специальных мер безопасности и защиты окружающей среды не требуется.

После использования индикаторные полоски подлежат утилизации как бытовые отходы.

4. Хранение и транспотирование

Индикаторы хранят и транспортируют в упаковке изготовителя при температуре от 5°С до 40°С и влажности не более 80%, не подвергая воздействию паров химических веществ.

Допускается транспортирование при температуре минус 15°С.

Срок годности – 1 год со дня изготовления, указанной на упаковке.



КОПИЯ ВЕРНА
ДИРЕКТОР
АНДРЕЕВ В.С