Шпатель для растяжки мазков

ПАСПОРТ № 01/26

1. Состав и технические характеристики изделия

Наименование	Характеристики и нормы ТУ	Метод контроля, пункты ТУ	Результат контроля
Внешний вид	Прозрачный шпатель из полистирола с двумя рабочими концами разной ширины	п.1.1.2	соответствует
Геометрические размеры	Длина - 76 мм Ширина одного конца – 26 мм Ширина второго конца – 22 мм Толщина – 1 мм	п.1.1.2	соответствует
Маркировка	соответствует п.1.4 ТУ 9398-015-17547866-2011	п.1.4	соответствует
Комплектность	50 шпателей в картонной коробке	п.1.2	соответствует
Устойчивость к механическим и климатическим воздействиям	В соответствии с ГОСТ Р 50444	п.4.4	соответствует

2. Транспортирование и хранение

Транспортирование и хранение осуществляется по ГОСТ 25871-83.
Шпатели хранятся в упаковке предприятия – изготовителя в сухом помещении при температуре -10°С…+50 °С.

3. Адрес изготовителя

ООО «ГЕМ», Россия 127083 Москва, ул. 8 марта, д. 1, стр. 12, этаж 3, помещение XXV-комната 11. E-mail: info@hemltd.ru www.hemltd.ru +7(495)787-04-32 (многоканальный), 612-40-81, 612-43-12, 613-86-63, 614-46-53

4. Заключение

Медицинское изделие «Шпатель для растяжки мазков» серии № 049200026 соответствует требованиям ТУ 9398-015-17547866-2011 «Изделия медицинские вспомогательные для цитологических и гистологических исследований».

Серия: № 049200026
Дата изготовления 03.2026 г.
Годен до: срок годности не ограничен.
Дата выдачи паспорта: 10.03.2026 г.

Специалист по техническому
контролю качества продукции: _____ /Михайлова Л.А./

ГТК