ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

№ РЗН 2013/17

от 30 января 2013 года

Настоящее регистрационное удостоверение выдано
Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственная фирма «ВИНАР» (ООО «НПФ «ВИНАР»), Россия,
105094, Москва, Госпитальный вал, д. 5, стр. 7А, пом. VIII
и подтверждает, что медицинское изделие
Материал упаковочный для стерилизации: пакеты и рулоны для стерилизации с использованием паров перекиси водорода "СтериТ®"
по ТУ 9398-095-11764404-2012
производства
Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственная фирма «ВИНАР» (ООО «НПФ «ВИНАР»), Россия,
105094, Москва, Госпитальный вал, д. 5, стр. 7А, пом. VIII
место производства:
141009, Московская обл., г. Мытищи, ул. Колонцова, д. 17/2

класс потенциального риска **1** ОКП **93 9800**

Вид медицинского изделия –

соответствующее регистрационному досье № РД-1/375 от 16.01.2013

В соответствии с приказом Росздравнадзора от 30 января 2013 года №144-Пр/13 допущено к обращению на территории Российской Федерации.

Приложение: на 1 листе

Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения **Е.А. Тельнова**

0001020

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
Лист 1
№ РЗН 2013/17

1. Пакеты самоклеящиеся для стерилизации с использованием паров перекиси водорода «СтериТ®»:
Ширина пакета, мм - 30-800,
Длина пакета, мм - 40-1000,
Ширина бокового шва, мм - 6-15.
2. Пакеты плоские для стерилизации с использованием паров перекиси водорода «СтериТ®»:
Ширина пакета, мм - 30-800,
Длина пакета, мм - 40-1000,
Ширина бокового шва, мм - 6-15.
3. Пакеты со складками для стерилизации с использованием паров перекиси водорода «СтериТ®»:
Ширина пакета, мм - 30-800,
Длина пакета, мм - 40-1000,
Ширина складки, мм - 15-200,
Ширина бокового шва, мм - 6-15.
4. Рулоны плоские для стерилизации с использованием паров перекиси водорода «СтериТ®»:
Ширина рулона, мм - 30-800,
Длина рулона, м - 20-500,
Ширина бокового шва, мм - 6-15.
5. Рулоны со складками для стерилизации с использованием паров перекиси водорода «СтериТ®»:
Ширина рулона, мм - 30-800,
Длина рулона, м - 20-500,
Ширина складки, мм - 15-200,
Ширина бокового шва, мм - 6-15.

Врио руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения **Е.А. Тельнова**

30 января 2013 года

0000729